ACELE ve GÜNLÜDÜR

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

7/7482

Sayı :B100THG0740003-
Konu :Yazılı Soru Önergesi

19.06.02* 13156

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
BAŞKANLIĞINA

İlgi:30.05.2002 tarih ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02-15400 sayılı yazınız.

Konya Milletvekili Sayın Hüseyin ARI tarafından "İhale Sistemine İlişkin" olarak verilen Yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Doç.Dr.Osman DURMUŞ
Bakan

Ek: 2

7/7482

Konya Milletvekili Sayın Hüseyin ARI tarafından verilen "ihale Sistemine İlişkin" Yazılı Soru Önergesinin cevabıdır.

SORU-1) Elde ettiğim bilgiler doğrultusunda aynı cins malzeme hem 1.200.000 TL hem de 4.750.000 TL satın alınıyor, fiyat farkından dolayı bu durum sizi rahatsız etmiyor mu? Her İlçe Hastanesine Otomatik Cihazların konması bugünkü şartlar altında gerekli midir? Otomatik İdrar Tahlil Cihazları alım ihaleleri açılması şu kriz ortamında öncelikli midir?

CEVAP-1) Soru Önergesinin 1 inci Maddesinde belirtilen fiyatlar Muhammen Bedel Fiyatları olup, ihale fiyatları değildir.

Yazılı Soru Önergesi'ne konu edilen hastanelerin ihale fiyatları aşağıdaki gibidir.

TEST ADI	ADANA DOĞUM VE ÇOCUKBAKIMEVİ	BALIKESİR BANDIRMA DEVLET HASTANESİ	RİZE FINDIKLI GUATR BÖLGE ARAŞTIRMA TEDAVİ MERK
FREE T3	3.499.800	2.992.500	İHALE
FREE T4	3.499.800	2.992.500	İPTAL
TSH	3.499.800	2.992.500	EDİLMİŞTİR

TEST ADI	İSTANBUL BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	BALIKESİR GÖNEN DEVLET HASTANESİ
GLUKOZ	273.600	600.000
ÜRE	342.000	600.000
KREATİNİN	273.600	600.000

Ayrıca ihale fiyatlarını hastanenin büyüklüğü, kapasitesi ve çalışılan test sayısı, parametre sayısı ve parametrelerin değişikliği etkilemektedir. Örneğin; Glukoz ve Kreatinin testinin bedeli Beyoğlu Göz Eğitim Hastanesi'nde 273.600 TL, Gönen Devlet Hastanesi'nde 600.000 TL iken, HDL-Kolesterol ve CPK-MB testinin bedelleri Beyoğlu Göz Eğitim Hastanesi'nde 820.800 TL olup, Gönen Devlet Hastanesi'nde 600.000 TL dir. Yine Beyoğlu Göz Eğitim Hastanesi'nde HbA1c testinin bedeli 1.231.200 TL dir.

İlçelerdeki Devlet Hastanelerimizin birçoğu gelişmiş olup, birçok uzmanlık branşlarında hizmet vermektedir. Hastalar artık illere gitmeden ilçe hastanelerinde tedavi olabilmektedir. Dolayısıyla, ihtiyaç duyulması sebebiyle söz konusu ihaleler yapılmakta ve Bakanlıktan "izin" alınması suretiyle de bu cihazlara ihtiyaç olup olmadığı merkezde değerlendirilmektedir. İlçe hastanelerimizde hastanenin kapasitesine ve uzman durumuna göre, hangi kapasitede bir cihazla iş görülmesi gerekiyorsa o kapasitede bir cihaz alımına izin verilmektedir.

Ayrıca Bakanlığımızca, laboratuvarlarda kullanılan kit cihazları satın alınmamakta, kit ihalesine çıkılıp, kit ile birlikte cihazın da bir yıllık süre ile hastaneye kurulması uygulaması yürütülmektedir.

SORU-2) Sayın Bakan bu başı bozuk ihale sisteminin Bakanlığınız bütçesine getirdiği ek harcama ne kadardır? Bu harcamaların büyük bir kısmı, bütçe dışı harcamalar olduğundan bu konuyla ilgili araştırma yapılmış mıdır?

CEVAP-2) Tüm ihaleler Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği çerçevesinde ve Komisyonlar marifetiyle yapılmaktadır.

Bütçe dışı harcama diye bir şey söz konusu değildir. Tüm Kurumlar giderlerini Genel Bütçeden, Fondan yada Döner Sermaye bütçesinden yapmakta, yapılan tüm harcamalar gerek Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımızca, gerekse Sayıştayca denetlenmektedirler.

SORU-3) Bakanlık bünyesinde tek elden çıkarılacak ve sizin de su istimali önlemek maksadı ile onaylayacağınız bir ihale şartnamesi bu başı bozuk düzeni ve bunun sebep olduğu su istimalleri önlemede daha uygun bir tarz olmaz mı?

CEVAP-3) Bakanlığımızda ve kurumlarımızda Bakanlar Kurulu'nun 84/7958 sayılı kararı ile çıkarılan "Her Tür Alım Eksiltme Tip Şartnamesi" kullanılmakta, Teknik Şartname olarak da örnek teknik şartnameler hazırlanarak kurumlara gönderilmekte; 1996 yılından bu yana da Laboratuvar Kit ve Cihaz alımlarında örnek Teknik Şartname formatı, ilgili uzmanlardan oluşan Komisyonca hazırlanıp kurumlara gönderilmektedir. Söz konusu örnek Teknik Şartname güncelleştirilmektedir. En son güncelleştirmede bu yılın başında yapılarak 14.01.2002 tarih ve 786 sayılı Genelgemiz ekinde kurumlara gönderilmiştir.

Bu nedenle başı bozuk ihale sistemi gibi bir keyfiyet söz konusu değildir.

SORU-4) En uygun fiyatlı 2 yada 3 yöntem belirlenerek ve ihaleye çıkılacak sistemler için en asgari temel şartlar belirtilerek ihaleye girilemez mi? Bu tarz bir uygulamanın ulusal bütçeye getirisi ne olabilir?

CEVAP-4) Sağlık Kurumlarının ihtiyaçları çok çeşitlidir. Her kurumun kapasitesine göre ihtiyaçları da farklılık göstermektedir. Her ihale kendine özgü şartlar ihtiva etmektedir. Ortak genel esasları belirleyen şartnamelerle ihaleye çıkılmakta, ihaleler mevzuat gereği ilan edilmekte, ve İhale Komisyonlarınca da en uygun fiyata ihale edilmekte, aksi takdirde ihaleler tasdik edilmemekte ya da Sayıştayca tescil edilmemektedir.

EKİ: Kit Karşılığı Cihaz Temini Genelgesi ve
Şartnamesi

7/7482

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

14.01.02* 786

Sayı : B.10.0.THG.0.74.00.03/
Konu : Kit Alımı ile Birlikte
Cihaz Edinme Uygulaması

İLGİ : a) 07.01.1999 tarih ve B.10.0.THG.0.74.00.03-135 sayılı Genelgemiz,
b) 10.03.1999 tarih ve B.10.0.THG.0.74.00.03- 3311 sayılı Genelgemiz.

"Kit Alımı ile Birlikte Cihaz Edinme Uygulaması" ile ilgili usul ve esaslar, ilgi (a) Genelgemiz ile bildirilmiş idi. Ancak, yeni gelişmeler ve şartlar doğrultusunda, anılan Genelge eki "Kit Alımı ile Birlikte Cihaz Edinme Uygulaması Bilgi Formu" ve "Kit ile Birlikte Cihaz Temini Örnek Şartnamesi" güncelleştirilmiş olup, ilişikte gönderilmektedir.

Bu duruma göre, ilgi (a) ve (b) Genelgelerimizde belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmesi; "kit alımı ile birlikte cihaz edinme" ihalelerinde ilişikteki Bilgi Formu'nun eksiksiz ve düzenli olarak doldurulmak suretiyle Bakanlığımıza intikal ettirilmesi ve Örnek Şartname'ye de yapılan ihalelerde uyulması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Doç. Dr. Osman DURMUŞ
Bakan

EKLER:
Ek-1 Bilgi Formu
Ek-2 Örnek Şartname Formatı

DAĞITIM:
Gereği :
-81 İl Valiliğine
-Döner Sermayeli Hastane Baştabibliklerine (İvediliğinden)

Bilgi:
-Teftiş Kurulu Başkanlığına

7/7482

KİT ALIMI İLE BİRLİKTE CİHAZ EDİNME UYGULAMASI BİLGİ FORMU

İLİ : KURUMUN ADI :

HASTANE BİLGİLERİ

KADRO YATAK SAYISI :
FİİLİ YATAK SAYISI :
FİİLİ YATAK SAYISININ YILLIK DOLULUK ORANI(%) :
YILLIK POLİKLİNİK SAYISI :
İSTENEN CİHAZLA İLGİLİ LAB. YILLIK ORTALAMA TEST SAYISI:

TOPLAM LAB.UZMAN SAYISI:		TOPLAM KLİNİK UZMAN SAYISI :	
BİYOKİMYA	:	ÇOCUK	:
MİKROBİYOLOJİ	:	DAHİLİYE	:
PATOLOJİ	:	CERRAHİ	:
GENETİK	:	KADIN DOĞUM	:
HEMATOLOJİ	:	DİĞERLERİ	:

LAB. UZMANI YOKSA EĞİTİLMİŞ LAB.TEK. SAYISI :

KURUMDA AYNI İŞİ GÖREN CİHAZA AİT BİLGİLER

ÜRETİCİ FİRMA :
MARKASI :
MODELİ :
ÜRETİM YILI :
YAŞI :
HANGİ AMAÇLA KULLANILDIĞI :
TEKNİK KAPASİTESİ :
TEMİN ŞEKLİ(SATIN ALMA,HİBE,VB.) :
FAAL :
GAYRİ FAAL :

İSTENİLEN CİHAZA(SİSTEM) AİT BİLGİLER

CİHAZIN ADI :
İSTENEN CİHAZIN TEKNİK KAPASİTESİ :
SİSTEMİN TANIMI :

TALEBİN GEREKÇESİ :

FORMU TANZİM EDEN LAB UZMANI
(VEYA SORUMLU KLİNİK UZMANI)
Adı :
Soyadı :
Görevi :
İmza :

Bilgilerin doğruluğunu tasdik ederim.
Adı :
Soyadı :
Görevi : Başhekim
İmza/Mühür :

*Uzman tarafından doldurulmayan formlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7/7482

KİT İLE BİRLİKTE CİHAZ TEMİNİ
ÖRNEK ŞARTNAME FORMATI

A. KONU:

B. .....CİHAZINDA KULLANILACAK REAKTİFLERİN ÖZELLİKLERİ VE LİSTESİ

B.1. Teklif edilecek "reaktifler ve kitler"; "reaktifler ve kitler" birlikte teklif edilen cihaz ile tam uyumlu kullanılabilecektir. Tüm "reaktifler ve kitler" üretici firmaya ait orijinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi,seri numarası ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.

B.2. Teklif edilecek reaktifler ve kitlerin birim test maliyeti hesaplanırken cihazda güvenilir sonuç almak kaydıyla kullanılan diluent,buffer,kalibratör,örnek küveti,printer kağıt ve kartuşu gibi sarf malzemeleri gözönünde bulundurulmalı ve bu malzemeler laboratuvarın istediği periodlarda ücretsiz olarak verilmelidir.

B.3. Satın alınacak reaktifler ve kitlerin cinsi ve test sayısı olarak miktarı aşağıda belirtilmiştir.

CİNSİ	MİKTARI (Test)

B.4. Reaktifler ve kitler teklif veren firmalar tekliflerinde kitlerin hangi prensiple çalıştığını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma isimlerini açık olarak belirteceklerdir.

B.5. Sözleşme süresince alınan reaktifler ve kitlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miadlı olacaktır, kitler hastanenin talebi doğrultusunda parti parti teslim edilecektir. Reaktifler ve kitler son kullanma tarihinden 3 ay öncesinde firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilecektir. Reaktifler ve kitlerin ve kitlerle ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda, bu kitler firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.

B.6. Reaktifler ve kitlerin üzerinde barcode olmalı ve tüm reaktifler ve kitler orjinal ambalajında olmalıdır. Reaktifler ve kitlerin liyofilize olanlarında sulandırıcı solüsyonları orjinal ambalajında verilecektir.

B.7. Teklif veren firmalar, sözleşme süresi bitene kadar teklif ettikleri kalemler için laboratuvarın tercih edeceği "iç kalite kontrol" serumlarını ücretsiz olarak karşılayacaklardır.

B.8. Hastanenin zamanında bitirilemeyen reaktifler ve kitlerden oluşacak zararının en aza indirilebilmesi için özellikle az kullanılan reaktifler ve kitler en küçük ambalajlarında olacaktır.
B. 9. Sözleşme süresince firma laboratuvar tarafından kabul edilen bir "Dış kalite kontrol programı" ile ilgili tüm işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirmelidir.

C. KİT İLE BİRLİKTE VERİLECEK CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

C. I. Cihazın test kapasitesi

C.2. Cihazın kapsam tanımı
(Ana cihaz, Ekran, Bilgisayar, Klavye, Yazıcı, Güç Kaynağı .....vb.)
C.3. Cihaz analiz işlemlerini random access (rastgele seçimli) çalışabilmelidir.
C.4. Cihaza numune ve reaktifler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar bir müdahaleye gerek duyulmamalıdır.Cihaza acil numuneler sistemin çalışması durdurulmadan girilebilmelidir.
C.5. Gerekli durumlarda cihaz, hata mesajları vererek kullanıcıyı uyarmalıdır. Neticeler bir bilgisayar aracılığı ile üzerinde hasta adı, hasta sonuçlan, protokol numarası ve referans değerleri bulunan bir rapor halinde alınmalıdır.Firma cihazın hasta bazında saklayabileceği hafiza kapasitesini bildirecektir.
C. 6. Cihaz, reaktif kabında belirtilen test miktarını sonuna kadar kullanabilmelidir.Reaktif ölü hacim oranı en az olan tercih edilecektir.

NOT: Bu kriterler hiç bir zaman belli bir cihazı tarif eder nitelikte olmayacaktır.

D. TERCİH NEDENİ OLABİLECEK ÖZELLİKLER

D. I. Cihazın test hızının istenenin üzerinde olması.
D.2. Cihazın kullanacağı sarf malzemeleri nedeniyle işleme maliyetinin çok düşük olması.
D.3. Cihazın *analiz* programının daha kapasiteli olması.
D.4. .....

NOT: Tüm bu tercih maddeleri, aradaki fark maliyeti dengeleyici unsur teşkil ederse işletilmelidir.

E. CİHAZIN MONTAJI

Cihazın montajı firmasına aittir.Cihaz kurumun gösterdiği yere ücretsiz monte edilecektir.Cihazın çalışması için elektrik, su gibi alt yapı tesisatı kurum tarafından sağlanacaktır. Sistem için laboratuvarda herhangi bir düzenleme veya altyapı değişikliği gerektiği taktirde firma tarafından karşılanmalıdır.

7/7482

F. EĞİTİM

Cihazı kullanacak personelin eğitimi firma tarafından sağlanacaktır.Eleman sayısının belirlenmesi ve verilen eğitimin yeterli olup olmadığına kurum idaresi karar verecektir.Firma ayrıca cihazın kullanım klavuzu ile dikkat edilmesi gereken hususları içeren dokümanı TÜRKÇE olarak kuruma verecektir.

G. GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Cihaz, kullanılacak yedek parça dahil sözleşme süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili olacaktır.Arıza durumunda 24 saat içinde müdahale edilecek, onarılmayan cihaz 72 saat içinde firma tarafından yedek bir cihazla değiştirilecektir.Bu garanti hem satıcı hem de distribütör tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir.Bu yapılmazsa her aksayan test maliyeti kadar ceza ödenecektir.

H. KABUL VE MUAYENE

H.1. Cihazın muayene ve kabulü Hastanemiz muayene ve tesellüm komisyonunca yapılacaktır.

H.2. Muayene sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacaktır.

H.3. Muayene sırasındaki intra ve inter assay çalışmalarının tüm masrafları ve doğabilecek hasarların yükümlülüğü firmaya ait olacaktır.

H.4. Yabancı menşeili kitlerde, firma kitlerin teslimatı aşamasında Sağlık Bakanlığının ithale izin verdiğini gösteren kontrol belgesini muayene komisyonuna sunmak zorundadır

I. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

I.1. Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir .Bu cevaplar "..... marka ..... model..... cihazı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.Bu cevaplar orjinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangibir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.

1.2. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifleri red edilecektir.

1.3. Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir.Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir.

1.4. Cihaz ve kit ile ilgili tüm teknik dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.

7/7482

1. 5. Firmalar kit ve cihazın menşeyleri hakkında bilgi verip, belgelendireceklerdir.

1.6. Teklif edilen Kit, Cihaz veya sistemin Ulusal veya Uluslararası geçerli olan (TSE, TSEK, İSO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DİN, CE vb.) standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi olacak ve firma tekliflerinde belgelendirilecektir.

1.7. Teklif edilen kit ve cihaz için üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi olacaktır.

1.8. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.