7/5613

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/456 8/2/2002
KONU : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ :T.B.M.M Başkanlığının 21.01.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13016-7/5613-13017/31065 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın M. Zeki ÇELİK'in, "Ankara Üniversitesi Onkoloji Servisindeki cihaz kaynaklı yanlış tedavi iddiasına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümünde bir tane faal Co-60 telerapi cihazı, ATC marka Co-60 cihazı vardır.

2. Cihazlar arızalandığında hizmet dışı bırakılarak, bakım anlaşması kapsamında ilgili firmaya şartname çerçevesinde onarımı yaptırılmaktadır. Arızalı dönemlerde tedaviler, aynı amaca hizmet eden diğer cihazlarla yapılmaktadır.

3. Hastanenin diğer bölümlerinde olduğu gibi cihazların bakımı birer yıllık sürelerle bakım anlaşması yapılan firmalarca sürdürülmektedir. Son bir yıldır ATC marka Co-60 cihazının bakımı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihale neticesinde Dinamik Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılmaktadır.

4. ATC marka Co-60 cihazının kaynak ve kolimatör değişimi, Tıp'ta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliğinin 9. maddesi (c) fıkrasına uygun olarak Atom Enerjisi Kurumunun denetiminde yapılmış olup, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile aşağıdaki bedelle 09/10/1998 tarihinde ihale edilmiştir.

Toplam : 28.600.000.000.- TL. (103.000 USD)

%15 KDV : 4.290.000.000.-TL. (15.000 USD)

Genel Toplam : 32.890.000.000.-TL. (119.426 USD)

(9 Ekim 1998 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurlarına göre; döviz alış 272.400 TL, döviz satış 276. 730 TL)

5. Tıbbi olarak yanlış tedavi uygulanması söz konusu değildir. Cihazlarda herhangi bir arıza olduğu takdirde o cihazla ilgili hasta alımı kati olarak yapılmamaktadır. ATC marka Co-60 cihazında o tarihte herhangi bir arıza söz konusu olmamıştır. Bahsi geçen sorun kalibrasyon ile ilgili bir hatadır. Düşük dozda tedavi alan hastaların eksik dozlarının tamamlanması Radyasyon Onkolojisi uzmanlarının sorumluluğunda olup, tedavilerin tamamlandığı ilgili uzmanlarca belirtilmiştir. Yükseköğretim Denetleme Kurulu incelemesinde ise söz konusu dönemdeki hasta sayısının 53 olduğu ifade edilmiştir.

Bakanlıklar 06648 Tel : 425 00 86 - 425 33 67 E-posta : apk@meb.gov.tr
ANKARA Faks : 418 64 01 Int. adresi : www.meb.gov.tr

7/5613

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ / /2002
KONU : Soru Önergesi

6. Tıp Fakültesi kayıtlarının incelenmesi sonucunda, eksik doz uygulandığı iddia edilen hastaların çoğunluğunun, cerrahi şansını yitirmiş, hastalığı çeşitli hayati organlara yayılmış ve literatüre göre ömürleri aylarla sınırlı olan hastalar olduğu, yapılan tedavinin ise küratif amaçlı değil, sadece hastanın ağrısını gidermeye yönelik, palyatif amaçlı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle gerçekleşen veya gerçekleşecek ölümlerin eksik doza bağlı olduğunu söylemek mümkün değildir. Nitekim konu ile ilgili tarafsız bilim adamları bu görüş etrafında birleşmektedirler.

Dolayısıyla ölüme sebebiyet anlamında bir olay söz konusu olmadığı gibi, doğmuş veya doğabilecek herhangi bir zarardan ve bu zararın tazmininden de söz edilemez. Ancak, basında çıkan haberler nedeniyle tedaviye olan güvenleri sarsılan ve tedavileri devam etmekte iken tedavilerini yarım bırakma ihtimali olan hastaların zarara uğramaları kaçınılmazdır.

Ayrıca, yazılı ve görsel basının abartılı yorumları ve dayanaksız suçlamaları nedeniyle gerek Üniversitenin Tıp Fakültesi, gerekse çalışanları manevi zarara uğramışlardır. Söz konusu haberlerle ilgili yasal yollara başvurulmuştur.

7. Cihaz operatörlerinin taşıması gereken nitelikler, 21/07/1994 tarih ve 21997 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (c) fıkrası ve 16. maddesinde belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre tesis sahibi "tesiste radyasyon ile tedavi konusunda uzman hekim, birisi en az iki yıl klinik deneyime sahip yeterli sayıda Radyoterapi fizikçisi (Radyasyon fizikçisi, fizik lisans, fizik mühendisliği veya nükleer mühendislik eğitimi üzerine, tercihen radyasyon onkolojisi veya bilim dallarında lisans üstü eğitim yapmış Fizik Mühendisi) radyasyon korunma görevlisi ve konu ile ilgili eğitimi belgelenmiş yeterli sayıda teknisyen bulundurmakla yükümlüdür."

Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim dalında olay tarihindeki ve halen görev yapan elemanlar, bu Yönetmelikte belirtilen özelliklere sahiptir.

8. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında çalışan gerek Radyasyon Onkolojisi uzmanları gerekse Radyasyon Fizikçileri ve diğer yardımcı sağlık personeli olmak üzere tüm çalışanlar, mevzuata uygun ve tecrübeli elemanlardır. Hiçbir hastaya tedavi verilmediği halde tedavi yapılıyormuş gibi bir uygulamada bulunulmamıştır. Hastalara yapılan tedavilerin niteliği ile ilgili açıklamalar 6. maddede yapılmıştır. Söz konusu tedavi ile ilgili maddi ve manevi zarardan söz edilmesine olanak bulunmamaktadır.

9. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim dalında olay tarihinde ve halen Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca Radyasyondan sorumlu Radyoterapi fizikçisi olarak kabul edilen Fizik Mühendisi, cihazların işletimi ile görevli ve yetkili Radyasyon Onkolojisi uzmanı öğretim üyesi ve yatan hastaların takip ve tedavisi ile görevli ve yetkili Radyasyon Onkolojisi uzmanı öğretim üyesi bulunmaktadır.

Bakanlıklar 06648 Tel : 425 00 86 - 425 33 67 E-posta : apk@meb.gov.tr
ANKARA Faks : 418 64 01 Int. adresi : www.meb.gov.tr

7/5613

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ / /2002
KONU : Soru Önergesi

Tedavinin sorumluluğu en alt kademede çalışan görevlilere yüklenmemiş aksine olay ile ilgili olarak ilk etapta sorumluluğu görülenler hakkında Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanlığınca soruşturma açılmış, soruşturma sonucunda gerekli disiplin cezaları verilmiş olup, soruşturma dosyası Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün tarafsızlığını teminen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının talimatları doğrultusunda konu ile ilgili olarak haklarında disiplin cezası uygulananların dışında varsa sorumluların tespiti hususunda yapılan inceleme ise devam etmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin BOSTANCIOĞLU
Millî Eğitim Bakanı

Bakanlıklar 06648
ANKARA
Tel : 425 00 86 - 425 33 67
Faks : 418 64 01
E-posta : apk@meb.gov.tr
Int. adresi : www.meb.gov.tr