7/5448

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ACELE VE GÜNLÜDÜR

Sayı :B100THG0100002/9240
Konu:Yazılı soru önergesi

04.05.05* 08803

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 04.04.2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-10159 sayılı yazınız.

Denizli Milletvekili Mehmet NEŞŞAR tarafından verilen "Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinin röntgen bölümüne ilişkin" 7/5449 sıra sayılı yazılı soru önergesi'nin cevabı ilişikte gönderilmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

Ekler :
Ek-1 : Önerge Cevabı (1 Sayfa)

Mithatpaşa Cad. No:3 (B) Blok 2.Kat Sıhhiye/ANKARA
Tel: (0312) 430 60 67 veya 435 64 40 dan 1288 Fax: 0.312.432 42 73-434 42 58
Not : Cevabi yazılarınızda yazımızın tarih ve sayısı ile dosya numaralarını belirtiniz.

7/5449

Denizli Milletvekili Mehmet NEŞŞAR tarafından verilen "Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinin röntgen bölümüne ilişkin" 7/5449 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

SORU 1- Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Röntgen Bölümünde ruhsatsız mı çalışılmaktadır?

CEVAP 1- Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Röntgen Bölümünün ruhsatı yoktur. Tadilat çalışmaları devam etmekte olup, tamamlandığında ruhsat başvurusu yapılacaktır.

SORU 2-. Laboratuvar giriş çıkış kapıları, hasta soyunma odalarının kapıları kurşun kaplı olmadığından ve bölümde havalandırma yetersiz olduğundan, radyasyon kaçağı nedeniyle hastaların ve bölümde çalışanların hayati tehdit altında oldukları doğrumudur?

CEVAP 2- Sözkonusu hastanenin röntgen bölümündeki havalandırma sistemi 1985 yılında yapılmış ve klima santrallerinde arıza olması nedeniyle işlevini kaybetmiştir. Hastanenin Bakanlığımıza devri sonrası işin aciliyeti ve önemi nedeni ile havalandırma tadilatı derhal başlatılmıştır. Ayrıca çekim odaları soyunma odalarının kurşun kaplama işlemleri de devam etmektedir.

SORU 3- Hastaların radyoloji bölümüne toplu halde alınmaları nedeniyle hem hasta mahremiyetinin ihlal edildiği, hem de hastaların topluca daha fazla radyasyona maruz kaldıkları doğrumudur?

CEVAP 3- 5283 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce hastanedeki hasta yoğunluğu ve röntgen teknisyeni sayısının yetersizliği nedeniyle hastalar radyoloji bölümüne toplu halde alınıyordu, ancak yasanın yürürlüğe girmesiyle ve hastanenin Bakanlığımıza geçmesiyle Röntgen Teknisyeni sayısı arttırılmış ve röntgen bölümünün çalışma süresi uzatılmış olup, hasta mahremiyetini ihlal etmeyecek şekilde röntgen bölümüne hasta alımı sağlanmıştır.

SORU 4-Bu durum Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nin 24.06.2004 tarih ve 04-34 sayılı raporunda açıkça belirtilmesine karşın, yaklaşık 10 aydır herhangi bir işlem yapmadığınız doğrumudur?

CEVAP 4- Sözkonusu hastanenin Bakanlığımıza devredilmesinden sonra raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Ayrıca söz konusu hastane Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5283 sayılı yasa kapsamı dışında bırakıldığından geri verilmesi talep edilmiş olup, işlemler devam etmektedir.