

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.12.0.SGB.0.03-610-4254
Konu : Soru Önergeleri


27 Aralık 2010
12/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 30.11.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-26984 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Yozgat Milletvekili Mehmet EKİCİ'ye ait 7/17015, 7/17016, Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT'a ait 7/17017, Manisa Milletvekili Mustafa ENÖZ'e ait 7/17018, 7/17019, 7/17020, 7/17021, Ordu Milletvekili Rıdvan YALÇIN'a ait 7/17022, Kütahya Milletvekili Alim IŞIK'a ait 7/17023, 7/17024, 7/17025, 7/17026, 7/17027, Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN'e ait 7/17028, Niğde Milletvekili Mümin İNAN'a ait 7/17029 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Mehmet Mehdi EKER
Bakan

EKLER:

1. Görüş 7/17015 (1 sayfa)
2. Görüş 7/17016 (2 sayfa)
3. Görüş 7/17017 (1 sayfa)
4. Görüş 7/17018 (1 sayfa)
5. Görüş 7/17019 (2 sayfa)
6. Görüş 7/17020 (1 sayfa)
7. Görüş 7/17021 (1 sayfa)
8. Görüş 7/17022 (2 sayfa)
9. Görüş 7/17023 (2 sayfa)
10. Görüş 7/17024 (2 sayfa)
11. Görüş 7/17025 (2 sayfa)
12. Görüş 7/17026 (2 sayfa)
13. Görüş 7/17027 (3 sayfa)
14. Görüş 7/17028 (3 sayfa)
15. Görüş 7/17029 (2 sayfa)

YAZILI SÖRÜ ÖNERGESİ

Önerge Sahibi : Mehmet EKİCİ
Yozgat Milletvekili
Esas no : 7/17016

SÖRÜ 1) 2006 yılında kaç adet protein cihazı satın alınmıştır, ihaleye kaç firma girmiştir ve gerçekleşen fiyat ne olmuştur?

CEVAP 1) Bakanlığınıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesinde; 2006 yılında yapılan 2 ihale ile 54 adet protein tayin cihazı alınmıştır.

09.05.2006 tarihinde 36 adet cihaz için yapılan ihaleye 4 firma iştirak etmiştir. Cihazlar 28.950.- YTL/Ad. birim fiyattan, toplam 1.042.200.- YTL + KDV bedelle temin edilmiştir. Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında 24.07.2006 tarihinde 18 adet cihaz için yapılan ihaleye, 2 firma katılmış olup cihazlar 20.205.- Avro/Ad. birim fiyattan, toplam 363.690.- Avro + KDV bedelle temin edilmiştir.

SÖRÜ 2) 2010 yılında kaç adet protein cihazı satın alınacaktır, bununla ilgili ihale yapılmış mıdır, yapıldı ise ihaleye kaç firma girmiştir?

CEVAP 2) TMO, hububat alımlarında fiziksel analiz yanında kimyasal analiz değerlerinin de dikkate alınarak fiyatlandırılmasını sağlamak amacıyla, 2010 yılında 250 adet protein tayin cihazı alımı kararlaştırılmıştır. Söz konusu cihaz ve bu cihazların 7 yıllık bakım-onarım hizmeti satın alımı için Kamu İhale Kanunu kapsamında 05.10.2010 tarihinde ihale gerçekleştirilmiş olup 3 firma tarafından teklif sunulmuştur

SÖRÜ 3) Protein cihazlarında aradığınız özellikler daha önceki alım standartları ile aynı mıdır? 2010 yılında alacağınız cihaz özellikleri ürün alımlarına nasıl bir katkı sağlayacaktır?

CEVAP 3) Alınacak protein cihazlarında istenen özellikler, daha önce alınan cihazların özellikleri ile aynı olup, yeni cihazlar; daha önce alınan cihazların yaptığı analizlere ilave olarak yulaf, tritikale, pirinç ve soya ürünlerinin analizlerini de yapabilecek özelliğe sahiptir. TMO, yıllara ve üretim durumuna göre değişmekle birlikte yaklaşık 350 noktada ortalama 5 milyon ton civarında hububat alımı yapmakta olup, alımlarda söz konusu **cihazların kullanımı aşağıda belirtilen katkıları sağlayacaktır.**

- TMO alımlarında; rutubet, hektolitre, protein, sedimentasyon gibi analizlerin büyük çoğunluğu cihaz ile yapılarak bilgisayarda otomatik olarak fiyatlandırılacağından, insan faktöründen kaynaklanabilecek hataların önüne geçilmiş olacaktır.
- Protein miktarı yüksek ürüne, daha yüksek fiyat ödeneceğinden, çeşide dayalı üretim yerine **kaliteli üretim** teşvik edilecek ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.
- Analiz işlemleri cihaz tarafından 2 dakikadan daha kısa bir sürede (mevcut sistemde 10-15 dakika) yapılacağından, üreticilerin ürünlerini en kısa sürede teslim etmelerine imkan sağlanacaktır. Böylece TMO alım merkezlerinde olası beklemlerin önüne geçilecektir.
- Buğday alımlarında ürünler, kimyasal özelliklerine göre depolanabileceğinden (mevcut sistemde fiziksel özelliklerine göre depolanıyor) daha yüksek fiyattan ve kolay pazarlama imkanı sağlanacaktır.
- Arpa alımlarında protein ölçümü ile maltlık evsftaki arpalar ayrı olarak depolanabilecek (mevcut sistemde ayrı depolanamıyor) ve ülkemizin maltlık arpa ve dolayısıyla malt ihtiyacı da karşılanmış olacaktır.

SORU 4) Yeni cihazlara göre alınacak ürünler ayrı ayrı depolanabilecek midir?

SORU 5) Depolanamayacak ise cihaz fonksiyonlarını artırarak devletin kasasından neden fazla bir ödeme yapılacaktır?

CEVAP 4-5) Protein cihazlarının satın alınması ile TMO tarafından alınan ürünler, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre ayrı ayrı depolanabilecektir (Mevcut sistemde sadece fiziksel analiz sonuçlarına göre depolama yapılmaktadır). Böylece TMO'dan ürün almak isteyen sanayicilerin, istenilen kalitede ürün bulması mümkün olabilecektir.

SORU 6) Almayı planladığınız cihazlar özel sektör dahil olmak üzere Türkiye'de daha Önce kullanılmış mıdır?

CEVAP 6) Kimyasal analiz değerlerinin tespiti için standart yöntemle en yakın sonucu veren **hızlı protein ölçüm cihazları**, ülkemizde hububat borsaları başta olmak üzere un ve yem sanayinde, AB ve diğer Ülkelerin müdahale kurumları dışındaki hububat piyasalarında yaygın olarak kullanılmaktadır

SORU 7) Bu cihazlar alınırsa ne kadar ödeme yapılacaktır?

CEVAP 7) İhale komisyonunca alınan karar, İhale yetkilisi tarafından 29.11.2010 tarihinde onaylanmıştır. Kesin ihale sonucu ihaleye iştirak eden firmalara bildirilmiş olup, söz konusu cihazlar ve 7 yıllık bakım-onarım hizmeti satın alımı için toplam 6.994.000.- Avro + KDV ödeme yapılacaktır.

SORU 8) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılayacak özellikte cihazlar satın alınacak olsaydı maliyetin bu alıma göre %80 azalacağı iddiaları doğru mudur?

CEVAP 8) Protein cihazı teknik şartnamesi; TMO'nun hububat alımı yaptığı 350 civarındaki işyeri şartları, alım hizmetlerinin aksatılmadan ve seri bir şekilde yürütülmesi, TMO iştigal alanına giren tüm ürünlerin analizlerinin yapılabilmesi, ürün fiyatlandırmada insan hatalarını minimum seviyeye düşürebilmesi gibi özellikleri taşıyacak şekilde hazırlanmıştır.

Söz konusu cihazlar TMO Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılayacak özellikte cihazlardır.