

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Soru Önergeleri Birimi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Soru Önergeleri Birimi Evrak

28 Aralık 2010 08:25:36 /4754



Sayı : B.10.0.SOB.00.00.00.0/
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

7/16498

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 25/10/2010 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/16498-26273/54604 sayılı yazınız.

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT tarafından verilen “Edremit Devlet Hastanesinin doktor ve tıbbi cihaz ihtiyacına” ilişkin 7/16498 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı

EKLER :
1-Önerge cevabı

Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran BULUT tarafından verilen "Edremit Devlet Hastanesinin doktor ve tıbbi cihaz ihtiyacına" ilişkin 7/16498 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır:

SORULAR:

22.06.2010 günlü soru önergem ile aşağıda yazılı olan sorularımın Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep etmiştim.

Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi ile Edremit Kaz Dağı Devlet Hastanesi kısa bir süre önce birleştirilmiştir. Edremit ilçesi özellikle yaz mevsiminde 2-3 katına çıkan nüfusu ile kalabalık ilçelerimizden birisidir. Bulunduğu yer itibariyle artan nüfus, deniz kazaları, sıcaklık artışları ve beraberinde trafik kazaları ile hastane ve doktor ihtiyacı artan bu ilçemizde maalesef tek kardiyolog, tek nörolog çalışmaktadır. Tek çalışan tabiplerimiz de izinli olduğunda hastanemize gelen acil bir kalp hastası zor anlar yaşamaktadır. Bu gibi durumlarda belki de tabip yakında ise çağırılmakta değil ise hasta yakınları üzücü sonuçlar ile karşı karşıya kalmaktadır.

Geçen 3 aya rağmen hiçbir şey yapılmadığından belki ihmal belki yetersizlikte kaynaklanan yeni tarihli kaza, bir cana mal olmuştur. Yukarıda tekrar hatırlattığım soru önergemın trafik kazasına örnek ise birkaç gün önce sonu vefat ile biten üzücü olaydır. Bahsi geçen hastane de tomografi cihazı da arızalı denilerek hastaya ilk müdahale de gecikilmiş, tomografi çekilememiş ve hasta kaybedilmiştir.

SORU 1- Hastanemiz acil doktor ihtiyaçları ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?

SORU 2- Yaz mevsiminde artan deniz kazaları ile ilgili alınan önlemler, yapılan çalışmalar var mıdır?

SORU 3- Hastanenin doktor ihtiyaçlarının karşılanması için daha neyi bekliyorsunuz?

SORU 4- Tomografi gibi önemli bir cihazın arızası için neden devlet hastanesinde bir önlem alınmamıştır?

CEVAPLAR: Daha evvel Bakanlığımıza yönelttiğiniz önergenin ilk 2 sorusuyla alakalı 7/15384 sayılı soru önergesine 12/10/2010 tarihinde cevap verilmiştir. Diğer hususlara cevaben;

Balıkesir Edremit ilçesi merkez nüfusu 50.523, ilçe nüfusu 116.343 olup şehir merkezine uzaklığı 86 km.dir. Balıkesir Edremit Devlet Hastanesinin hizmet rolü B olup yatak sayısı 202'dir. Bu hastanemizin 2002 yılında uzman sayısı 33 iken, şimdiki uzman aktif çalışan 49'dır.

Elbette sayın vekilin arzuladığı şekilde daha fazla uzman verebilmek isteriz, ancak ülkemizdeki mevcut hekim sayısı pek çok ülke ile kıyaslandığında oldukça düşük kalmaktadır. OECD Avrupa bölgesindeki 54 ülke içinde hekim sayısı bakımından en son sıralarda bulunmaktayız. Bakanlığımızca unvan ve branşlara göre insan kaynaklarının illere ve il içinde birimlere dengeli olarak dağılımını sağlamak için, sağlık personeline ihtiyacın en üst düzeyde olduğu ilden başlamak üzere optimum faydayı sağlayacak şekilde planlama yapılmaktadır. Bu planlama kapsamında Edremit için öngörülebilecek uzman sayısı Personel Dağılım Cetveli olarak belirlenmektedir.

Balıkesir Edremit Devlet Hastanesinin Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen branşların tamamında aktif olarak uzman tabip görev yapmaktadır. Son yapılan 36. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü Kurasında 1 Kardiyoloji Uzmanı Edremit Devlet Hastanesine yerleşmiştir.

Ayrıca, Balıkesir Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, "Edremit Devlet Hastanesi'nde bulunan tomografi cihazının hizmet kiralama yöntemi ile BUR TOM Özel Sağlık Tesisleri Ltd. Şirketi firmasından tedarik edildiği, söz konusu tomografi cihazının 30/09/2010 tarihi saat 02:30 civarlarında hastane yakınına düşen yıldırım nedeniyle arızalandığı ve firma ile yapılan sözleşme hükümleri doğrultusunda 7 (Yedi) gün içerisinde 06.10.2010 tarihinde cihazın aktif hale getirildiği" bilgisi alınmıştır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.