



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ KURUMU - TKHK KAMU
HASTANE BİRLİKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
31.01.2014 13:47 - 2014.5451.19376 / 610



00002354868

00002354868

Sayı : 95796091- 610

Konu : Yazılı Soru Önergesi

18839
GK-153

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 18/03/2013 tarihli ve 43452547-120.00-113625 sayılı yazınız.

Diyarbakır Milletvekili Sn. Nursel AYDOĞAN tarafından verilen “Uludere Devlet Hastanesi’nin yeterliliğine ve meydana gelen bir olaya ilişkin” 7/18839 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

EKLER :

Ek- 1 : Önerge Cevabı (3 sayfa)

Diyarbakır Milletvekili Sn. Nursel AYDOĞAN tarafından verilen "Uludere Devlet Hastanesi'nin yeterliliğine ve meydana gelen bir olaya ilişkin" 7/18839 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Şırnak ilinin Uludere ilçesinde yaşayan Abdülkerim ALTÜRK'ün eşi Asiye ALTÜRK 8 Şubat 2013 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Basına yansıyan ve ayrıca tarafıma iletilen bilgiler neticesinde, Abdülkerim ALTÜRK, eşini 2 Şubat 2013 tarihinde astım teşhisi nedeniyle Uludere Devlet Hastanesine yatırdıklarını burada 5 gün kaldıktan sonra eşinin nefes darlığı sorununun azaldığını ve evde tedaviye devam etmek için eşini eve getirdiklerini belirtmektedir. Ancak aradan bir gün geçmeden 8 Şubat 2013 tarihinde Asiye ALTÜRK, nefes darlığı yaşaması nedeniyle fenalaşmıştır.

Abdülkerim ALTÜRK, eşinin fenalaşmasından hemen sonra 112 Acil Servis hattını aradığını ve buna rağmen herhangi bir sağlık desteğinin olay yerine yardıma gelmediğini ayrıca belirtmektedir. Abdülkerim ALTÜRK, eşi Asiye ALTÜRK'ü bulundukları yere 1,5 km uzaklıkta olan Besta Askeri Tabur Komutanlığı revirine götürdüğünü ancak burada bulunan yetkili askeri doktorun, oksijen tüpü için gerekli teçhizatın eksik olmasından kaynaklı olarak bir müdahalede bulunamayacaklarını, buna rağmen Asiye ALTÜRK'ün beyin ölümünün henüz gerçekleşmediğini ve kurtulma ihtimalinin olduğunu kendisine söylediğini iddia etmektedir.

Uludere Devlet Hastanesi'nden Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilmek üzere ambulans aracına alınan Asiye ALTÜRK'ün Şırnak merkezine 25 km kala yolda fenalaştığı ve ambulans aracında yedek bir oksijen tüpünün bulunmaması nedeniyle durumunun ağırlaştığı iddia edilmektedir. Abdülkerim ALTÜRK, eşinin tabur komutanlığı revirinden alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne doğru ambulans aracıyla yola çıktıktan sonra yaşamını yitirdiğini belirtmiştir.

Bu bağlamda;

SORU 1- Ambulans aracında yedek bir oksijen tüpünün bulunmamasının sebebi nedir? Bu konuda Bakanlık olarak bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

CEVAP 1- 08.02.2013 tarihinde, Şırnak ili Uludere ilçesinde ikamet eden Asiye ALTÜRK isimli hastanın Uludere Devlet Hastanesi Acil Servisine saat 16:00 civarında başvurduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Hastanın daha öncesinde 112 Acil Yardım hattını aramadığı, yakınları tarafından direk hastaneye başvurulduğu tespit edilmiştir.

Hastanın ilk bulguları yüksek tansiyon ve nefes darlığı olup, anamnezinde süs otu ismini verdikleri bir bitkinin kökünü kaynatarak içtiğini ve daha sonra fenalaştığını beyan etmişlerdir. Ayrıca hastanın özgeçmişinde Astım hastalığının mevcut olduğu ve Şırnak Devlet Hastanesinde Akciğer enfeksiyonu nedeniyle 1 hafta yatarak tedavi gördüğü ve üç dört gün öncesinde taburcu olduklarını belirtmişlerdir.

Hastanın Uludere Devlet Hastanesinde yaklaşık 1,5 saat süreyle gerekli tetkikleri yapılmış tedavisine başlanmıştır. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümü ile görüşülerek hastanın sevkine karar verilmiştir.



Uludere Devlet Hastanesinde biri Paletli olmak üzere toplam 3 adet Ambulans bulundurulmaktadır. 73 AK 191 plakalı ambulansın Oksijen tüpü manometresinin olaydan 1 gün önce arızalandığı 07.02.2013 tarihinde nöbetçi ATT tarafından tutanak altına alınmıştır. Bu nedenle sevkten yeni dönen 73 AK 110 plakalı ambulansa hastayı almışlardır. Sağlık personeli oksijen tüpünü kontrol ettikleri ve her şeyin normal olduğunu ifadelerinde beyan etmektedirler. Yola çıktıktan yaklaşık 20 dakika sonra kullanmaya bağlı oksijen tüpünün bittiği, yedek tüpünde boş olduğu ortaya çıkmıştır. O esnada ambulans yol üzerinde bulunan bir Askeri Taburun revirine giriş yaparak burada oksijen takviyesi yapmışlardır. Daha sonra sevke devam etmişler ancak hasta yolda yaşamını yitirmiştir.

Olayla ilgili Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış, ambulansın yedek tüpünü kontrol etmeden sevke çıktıkları için haklarında disiplin işlemi yapılmıştır. Ayrıca konu ile ilgili hasta yakınlarının şikayetçi olması üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma açılmıştır. Hastanın Adli Tıp Raporunda, ölüm nedeninin pulmoner tromboemboliye bağlı olduğu, ambulansın oksijen tüpünün bitmiş olmasının kişinin ölümüne bir etkisinin bulunmadığı mütalaa edilmiştir. Bu sonuca bağlı olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ilgililer hakkında kovuşturmayla yer olmadığına karar vermiştir.

Ambulansta yedek tüp mevcut olup, gün içerisinde kullanmaya bağlı olarak tüpün boş olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda ilgililer hakkında disiplin işlemi yapılmıştır.

SORU 2- Uludere Devlet Hastanesi'nde görevli olarak çalışan uzman doktor sayısı nedir? Uludere Devlet Hastanesi'nde görevli uzman doktor bulunmuyor ise sebebi nedir?

CEVAP 2- Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Ek-2 nci maddesinin Personel Dağılım Cetveli ilkelerine göre il ve ilçelere sağlık personeli planlamasında temel ilke nüfus kapasitesi olmakla birlikte personel dağılımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik (hastalık insidans ve prevalansı vb), coğrafi ve turizm kaynaklı değişiklikler olması, hekime başvuru sıklığı, illerin tıbbi cihaz ve fiziki mekan kapasitesi, personel dağılımını etkileyecek ölçüde nüfus hareketleri ya da poliklinik sayısındaki farklılıklar, ulaşım şartları, vardiya hizmetleri gibi etkenler temel alınarak il ve ilçe merkezlerinde hizmet vermekte olan sağlık kurum ve kuruluşlarına hekim, uzman hekim ve sağlık personeli kadrosu tahsis edilmektedir. Bu ilkeler doğrultusunda personel planlaması kapsamında değerlendirilen Şırnak Uludere Devlet Hastanesi'nde aile hekimliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve genel cerrahi branşlarında 3 uzman hekim aktif olarak görev yapmaktadır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ise raporlu olduğundan çok yakın bir tarihte görevine başlayacaktır. Bakanlığımız tarafından 28 Şubat 2013 tarihinde yapılan 49 uncu dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasında Şırnak Uludere Devlet Hastanesi'nin sağlık insan gücü ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak uzman ve pratisyen hekim planlamaları yapılmış olup genel cerrahi uzmanı görevine başlamıştır. Uludere Devlet Hastanesi'nde sürdürülebilir sağlık hizmetleri açısından yerel planda sağlık hizmet sunumunu aksatacak hekim açığı bulunmamaktadır. Bakanlığımızın mevcut insan kaynakları çerçevesinde ve sağlık insan gücü kapasitesindeki artışa bağlı olarak, anılan hastanemize önümüzdeki dönemlerde de personel planlamalarımız devam edecektir.



SORU 3- Uludere Devlet Hastanesi'nde hizmete sunulan yatak kapasitesinin 24'ten 14'e düşürüldüğü iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu kapasitenin düşürülmesinin sebebi nedir?

CEVAP 3- Uludere Devlet Hastanesi'nde hizmete sunulan yatak kapasitesinin 24'ten 14'e düşürüldüğü iddiaları doğru değildir. Hastanemiz 25 yatak kapasitesi ile D rolünde hizmet vermeye devam etmektedir.

SORU 4- Bakanlığınız tarafından 2013 yılı dahilinde Şırnak Sağlık İl Müdürlüğü'ne ayrılan bütçe tutarı ne kadardır? Ayrılan bu bütçeden sağlık hizmetlerine ayrılan pay ne kadardır?

CEVAP 4- 13.05.2013 tarihi itibarıyla Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'ne genel bütçe kaynaklarından 1.630.876,40 TL. toplam ödenek gönderilmiştir. 2013 yılı döner sermaye bütçesinden tahsis edilen bütçe tutarı ise 2.756.106 TL. dir.

SORU 5- Uludere Devlet Hastanesi'nden, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hastalar için hizmet sunan ambulans araçlarının bakımı yapılmakta mıdır?

CEVAP 5- Tüm ambulansların periyodik bakımları İl Sağlık Müdürlüğü'nün yapmış olduğu Bakım Sözleşmesi kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu ambulansın olay tarihinden yaklaşık 1 ay önce, 08.01.2013 tarihinde Diyarbakır Güneydoğu Ambulans servisi tarafından bakımı yapıldığı tutanaklarda mevcuttur.

İlginize teşekkür ederim.

