



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

21733
GK-160

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ KURUMU - TKHK ÇALIŞAN
HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
23.01.2014 15:55 - 2014.5451.15102 / 610
00001620203 00001620203

Sayı : 87307621- 610

Konu : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :25/04/2013 tarih ve 43452547-120.00-120303 sayılı yazınız.

Uşak Milletvekili Sayın Dilek AKAGÜN YILMAZ tarafından verilen “Uşak Devlet Hastanesinin Radyoloji Bölümünde inşaat kaynaklı yaşanan soruna” ilişkin 7/21733 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.


Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

EKLER:

EK-1 Önerge cevabı (2 Sayfa)



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı : 87307621- 610

Konu : Yazılı Soru Önergesi

Uşak Milletvekili Sayın Dilek AKAGÜN YILMAZ tarafından verilen “7/21733 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Yeni hizmete giren Uşak Devlet Hastanesini yapan yüklenici firmanın, Radyoloji Bölümünde bulunan cam bölmeleri radyoaktif ışınların geçmesini önleyecek şekilde kurşunlu olarak yapması gerekirken bu şekilde yapmadığı ve yaklaşık 1 aydır radyoloji çalışanlarının radyasyona maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Olayın fark edilmesi bir radyoloji çalışanının rahatsızlanması sonucunda olmuştur. Camların radyoaktif ışın geçirdiğini fark eden radyoloji bölümü çalışanları durumu hastane yönetimine bildirmiş, hastane yönetimi de yüklenici firmayı arayarak camların değiştirilmesini sağlamıştır. Sağlık alanında yaşanan bu sorumsuzluğun ve ihmalin telafisi mümkün değildir.

Bu bağlamda,

SORU 1: Sağlık Bakanlığı hastaneyi devralırken gerekli incelemeleri tam olarak yapmış mıdır? Eğer yapmışsa ortaya çıkan bu ihmal nasıl açıklanabilir?

CEVAP 1: Uşak İlinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanmış 400 yataklı Uşak Devlet Hastanesi'nin 02/10/2012-05/10/2012 tarihleri arasında geçici kabulü TOKİ Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Uşak Devlet Hastanesi 25/02/2013 tarihinde yeni Hizmet Binasına taşınarak hizmet vermeye başlamıştır. Uşak Devlet Hastanesi Radyoloji Ünitesi çekim odaları, TAEK'in 23/03/2013 tarih ve 4069 sayılı yazılarında belirtilen hususlar çerçevesinde TOKİ müteahhidi tarafından yapılarak teslim edilmiş olup söz konusu üniteye Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğine uygun olarak hizmet verilmektedir. Yeni alınan dijital röntgen ve tomografi cihazı için hizmet verme aşamasında TAEK lisanslama işlemi için başvurulmuştur.

SORU 2: Radyoloji Bölümü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenmesi gerekirken açılışı yapılan hastanede kurum tarafından bir denetleme yapılmış mıdır? Eğer yapılmışsa Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından nasıl bir görüş bildirilmiştir?

CEVAP 2: Yapılan ön kabul ve denetlemede Uşak Devlet Hastanesi'ni yapan yüklenici firmanın Radyoloji Ünitesinde bulunan cam bölmeleri radyoaktif ışınların geçmeyeceği şekilde yapmadığı tespit edilmiş, bu tespit üzerine gerekli tedbirler alınmış, hastane yönetimince yüklenici firma ile iletişime geçilerek camın değiştirilmesi sağlanmıştır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı : 87307621- 610

Konu : Yazılı Soru Önergesi

SORU 3: Radyasyona maruz kalan hastane çalışanlarının sağlık durumu takip edilmekte midir?

CEVAP 3: Uşak Devlet Hastanesi Radyoloji Ünitesinde radyasyon kaynakları ile çalışan personel için, Hizmet Kalite Standartları; görüntüleme hizmetleri içinde belirtilen kurallar çerçevesinde; çalışanların, çalışmaya başlamadan önce yapacakları iş için göreve uygunluğuna dair ve çalıştıkları süre boyunca 6 ayda bir kez tıbbi muayeneleri yapılmaktadır. 2012 Aralık ve 2013 Haziran ayında yapılan periyodik muayene sonuçlarında, herhangi bir sorun tespit edilmemiştir.

Çalışanların kişisel dozimetre kullanması sağlanmakta olup, 2013 yılı 1. Periyot dozimetre sonuçları normal olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca işin niteliğine uygun kurşun içerikli paravan, önlük, eldiven, tiroit koruyucu, gonad koruyucu ve gözlük gibi ekipman bulundurulmaktadır.

SORU 4: Bu olayda ihmali bulunan görevliler kimlerdir? Haklarında idari ve adli soruşturma açılmış mıdır?

CEVAP 4: 25/02/2013 tarihinde yeni hizmet binasında hizmet vermekte olan radyoloji ünitesinden, çalışan güvenliği ekibine herhangi bir personel rahatsızlığı ile ilgili başvuru yapılmamıştır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.