



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

7/52605
6K121

Sayı : 25701053/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı.



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 08.10.2014 tarih ve 43452547-120.00-197127 sayılı yazınız.

Kütahya Milletvekili Sn. Alim IŞIK' a ait "Evliya Çelebi Devlet Hastanesindeki yoğun bakım üniteleri ile ilgili iddialara ilişkin" 7/52605 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

EK:

Yazılı Soru Önergesi Cevabı (3 sayfa)

Sayı : 25701053/610

Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı.

Kütahya Milletvekili Sn. Alim IŞIK' a ait “Evliya Çelebi Devlet Hastanesindeki yoğun bakım üniteleri ile ilgili iddialara ilişkin” 7/52605 Esas Numaralı Yazılı Soru Önergesinin cevabıdır.

Kütahya İli Merkez İlçesinde faaliyet gösteren Evliya Çelebi Devlet Hastanesinde son dönemde hizmete açılan bazı yoğun bakım ünitelerine Bakanlığınız tescili bulunmadığı halde hasta yatırıldığı, bu ünitelere yatırılan hastaların bazılarının hayatlarını kaybettikleri iddialarıyla ilgili olarak;

SORU 1- Anılan hastanede 2011-2014 döneminde kaç yoğun bakım ünitesi hizmete açılmıştır.

CEVAP 1- 2011-2014 döneminde hizmete açılan yoğun bakım ünitesi.

YILLAR	2011	2012	2013	2014
Yoğun Bakım Yatak Sayısı (erişkin, çocuk ve yenidoğan)	70	74	74	113

SORU 2- Anılan Dönemde Hizmete Açılan Yoğun Bakım Ünitelerinin kaç Bakanlığınızca tescil edilmiştir.

CEVAP 2- Anılan dönemde hizmete açılan yoğun bakım ünitelerinin tümü tescil edilerek faaliyetine başlamıştır.

SORU 3- Anılan Dönemde Hizmete açılan yoğun bakım ünitelerinin bazılarının Bakanlığınız veya ilgili birimlerince tescil edilmeden kullanıldığı ve steril olmayan bu ünitelerde yatan bazı hastaların hayatını kaybettikleri iddiaları doğru mudur?

CEVAP 3- Açılması planlanan yoğun bakım ünitesinin “Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Tebliği” ne göre uygunluğu İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca Tebliğ esaslarına göre değerlendirilerek uygun görülüp tescil verilmesi halinde hasta kabulüne başlanmaktadır. Hastanede tescilsiz olarak çalıştırılan yoğun bakım ünitesi mevcut değildir.

Yoğun bakım üniteleri, steril olmayan ancak validasyonu sağlanmış merkezi havalandırma sisteminin kurulu olduğu alanlardır. Bu alanların düzenli olarak fiziksel ve mikrobiyolojik kontrolleri gerçekleştirilerek performans kalifikasyon uygunluğu

Sayı : 25701053/610

Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı.

izlenmektedir. Havalandırma sisteminin standardizasyonu ve kontrollerini sağlayan kuruluşlar, uluslararası kabul görmüş kalite sertifikasına sahip olan kuruluşlardır. Yoğun Bakım Ünitelerimiz, “Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Tebliği” nde belirtilen merkezi havalandırma şartlarını taşımaktadır. İddiada bahsedildiği şekilde uygun olmayan ortamların bulunması ve bu ortamlarda hastaların hayatlarını kaybetmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

SORU 4- Doğru ise bu konuda Bakanlığınızca nasıl bir işlem yapılmış ya da yapılmaktadır? Tescilli bulunmayan yoğun bakım ünitelerinin tescillenmesine yönelik nasıl bir işlem yapılması düşünülmektedir?

CEVAP 4- Anılan Dönemde Hizmete açılan yoğun bakım ünitelerinin bazılarının Bakanlığımız veya ilgili birimlerince tescil edilmeden kullanıldığı ve steril olmayan bu ünitelerde yatan bazı hastaların hayatını kaybettikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

SORU 5- Anılan dönemde adı geçen hastanenin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların kaç hayattını kaybetmiştir?

CEVAP 5- Hastanemiz tüm yoğun bakım üniteleri yatış ve ölüm oranları tabloda gösterilmiştir.

YILLAR	2011	2012	2013	2014 (9 aylık)
Yatak Sayısı	70	74	74	113
Hasta Sayısı	2797	6688	6203	5704
Ölen Hasta Sayısı	633	705	735	577
Oran	0.20	0.10	0.11	0.10

Tablo incelendiğinde D.P.Ü. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ölüm oranının %10 - %11 olduğu görülmektedir. Literatürde Yoğun bakım hastalarında mortalite oranının %25 ve %40 arasında değiştiği belirtilmektedir.

SORU 6- Anılan konuda Bakanlığınıza veya ilgili birimlerinize ulaşmış şikâyetler var mıdır? Varsa bu şikâyetler nasıl değerlendirilmiş ve kimler hakkında nasıl bir işlem yapılmıştır?

CEVAP 6- Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 2011-2014 yıllarında sadece bir hastanın ölümü ile ilgili olarak Valiliğin talebi doğrultusunda Başkanlığımız Müfettişlerince ön inceleme yapılmış, 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön

Sayı : 25701053/610

Konu : Yazılı Soru Önergesi cevabı.

inceleme sonucunda düzenlenen ve Valiliğe gönderilen 07/06/2014 tarihli ve 105/09 sayılı Ön İnceleme Raporuna göre; yoğun bakım ünitesinin şartları ile ilgili olarak bir olumsuzluk ya da sağlık personelinin ihmali, hatası veya kusurunun bulunduğu ilişkin herhangi bir tespit yapılamamıştır.

SORU 7- Bakanlığınızca anılan hastanede ihtiyaç duyulan yoğun bakım ünitelerinin artırılarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik ne gibi önlemler alınmış ya da alınmaktadır?

SORU 8- Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü ve 2014-2015 yılı programları nasıldır?

CEVAP 7, 8- Kütahya D.P.Ü. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 83 yataklı erişkin, 6 yataklı çocuk ve 24 kuvözlü yenidoğan olmak üzere toplam 113 yoğun bakım yatağı faaliyet göstermektedir.

Bakanlığımızca yapılan planlamalar kapsamında yoğun bakım (erişkin, yenidoğan ve çocuk) servislerinin yatak doluluk durumlarına göre hasta mağduriyetine sebep olunmaması ve yatak doluluğu nedeniyle il dışına sevklerin yaşanmaması amacıyla ihtiyaç olması halinde yoğun bakım yatakları peyderpey artırılmaktadır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.