



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 28/12/2021 16:02
28/12/2021 14:49 - E-49022165 - 610 - Sayı: E-120.07-
0936033
00155460845



7/32890
GK12

Sayı : 89432283-610/
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 03/09/2020 tarih E.43452547-120.07-701934 sayılı yazınız.

Kocaeli Milletvekili Sn. Lütfü TÜRKKAN tarafından verilen " Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki tomografi cihazının arızalı olmasına ilişkin" 7/32890 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur.

Arz ederim.

Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

Ek-Önerge Cevabı (1 Sayfa)

Kocaeli Milletvekili Sn. Lütfü TÜRKKAN tarafından verilen "Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki tomografi cihazının arızalı olmasına ilişkin" 7/32890 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde hastaların muayene ve tedavileri için gerekli olan tomografi cihazı yaklaşık 20 gündür arızalıdır. Bu nedenle hastalar tomografi için başka hastanelere ambulanslar tarafından taşınmaktadır. Bu da tedavilerin zamanında yapılamamasına ve hastaların sağlık problemlerinde daha fazla sıkıntılar yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Bu bilgiler çerçevesinde;

SORULAR:

SORU 1- Bitlis Devlet Hastanesi'nde hastaların muayene ve tedavileri için gerekli olan tomografi cihazı neden yaklaşık 20 gündür arızalıdır, bu konuda herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?

SORU 2- Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki tomografi cihazı ne kadar zamandır kullanılmaktadır, hastalar için önem taşıyan bir cihazın arızası uzun zamandır neden giderilmemiştir?

SORU 3- Bitlis Devlet Hastanesi'nde tomografi ihtiyacı olan ve bu nedenle başka bir hastaneye sevk edilen kaç hasta bulunmaktadır?

SORU 4- Bakanlık olarak Devlet Hastanesi'nde tomografi cihazı ihtiyacı olan hastaları bu sıkıntılı dönemde başka hastanelere sevk etmek yerine mevcut cihazın arızasının giderilmesi ya da hastaneye yeni bir tomografi cihazının temin edilmesi düşünülmekte midir?

SORU 5- Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki tomografi cihazı sıkıntısı ne zaman giderilecek, hastalar başka bir hastaneye gitmekten ne zaman kurtulacaktır?

SORU 6- Tomografi cihazının arızası giderilene kadar ya da yeni bir tomografi cihazı temin edilinceye kadar, geçecek süre zarfında hastaların sağlıklarının daha da bozulmaması ve bu ihtiyaçlarının karşılanması için ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir?

CEVAP 1-2-3-4-5-6: Bakanlığımıza bağlı Bitlis Devlet Hastanesinde bulunan 2011 yılı üretimi olup yıllardır aktif olarak çalışan tomografi cihazının 23.07.2020 tarihinde tüpü bitmiştir. Üretici firma ile görüşülerek firma mühendisleri tarafından cihazın arıza tespiti yapılmış olup, ardından fiyat teklifleri hızlıca alınmış sonrasında anlaşma sağlanarak cihazın parçaları yurt dışından sipariş edilmiştir. BT cihazının arızalı olduğu zamanda Bitlis Devlet Hastanemizde Tomografi ihtiyacı olan hastalar 112 tarafından 3 km uzaklıkta bulunan Tatvan Devlet Hastanesine sevkleri yapılmıştır. BT cihazının arızası giderilerek 20.08.2020 tarihinde aktif hale gelmiştir. Cihazın arızası giderildikten sonra hasta kabulü yapılmıştır. Bu süreçte hastalarımız herhangi bir şekilde mağdur edilmemiştir.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.