



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - İNCELEME
SORUŞTURMA BİRİMİ
02/07/2021 12:49 - E-55753567-610-908



00143180877


Sayı : 55753567/610/
Konu : Soru Önergesi Cevabı 7/39039

7/39039
6.K. 79

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının 11.01.2021 tarihli ve 763016 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili İsmail KONCUK tarafından verilen “Gaziantep'te bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü kaynaklı patlamaya ilişkin” 7/39039 sıra sayılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur.
Arz ederim.


Dr. Fahrettin KOCA
Sağlık Bakanı

Ek: Soru Önergesi Cevabı (1 sayfa)



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

Adana Milletvekili İsmail KONCUK tarafından verilen “Gaziantep'te bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü kaynaklı patlamaya ilişkin” 7/39039 sıra sayılı soru önergesi cevabıdır.

SORULAR:

Gaziantep'te Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nin Koronavirüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetmiştir.

Covid hastalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan düşük kaliteli oksijen terapi cihazlarının temmuz ayında ilk olarak İstanbul'da özel bir hastanedeki yangına sebep olduğu yine yakın zamanda Ordu'nun Ünye ilçesindeki devlet hastanesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 sağlık personeli yaralanmıştı. Bu yönde çok sayıda hastaneden Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapıldığı, ancak cihazların kullanımına devam edildiği açık kaynaklarca ifade edilmektedir.

Yangından birkaç gün önce “14.12.2020 tarihli 1745 sayılı” genelge yayınlarak Bakanlığınız tarafından hastaneleri uyardığınızı açıkladınız. Oysa uyarı yazısının üniversite hastanelerine ve özel hastanelere gitmediği, 14.12.2020 tarihli 1745 sayılı genelge ise sadece “kamu hastanelerine iletilmek üzere il sağlık müdürlüklerine” gönderildiği açıklamalarınızın ardından ortaya çıkmıştır.

Bu bağlamda;

1-Bakanlığınız tarafından pandemi sürecinde, hastalara oksijen akımını artıran cihazlar hastanelere gönderilmiştir. Fakat bu cihazların yüksek akım nedeniyle yangına neden olmaya başladığı açık kaynaklarca ifade edilmektedir. Bakanlık olarak aylardır yapılan bu şikayetler neden duymazdan gelinmiş, tedbir alınması için neden geç kalınmıştır?

2-Gaziantep'te Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nde oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybetmesinin sorumlusu kimdir? Gerekli işlem başlatılmış mıdır?

3-Oksijen tüpü kaynaklı daha önce yaşanan yangınlar dikkate alındığında Sağlık Bakanlığının hastaneleri uyarmakta geç kaldığı anlaşılmaktadır. Takip ve tedbir alması gereken yetkililerle ilgili bir yaptırım uygulanmış mıdır?

CEVAPLAR 1,2,3:

Mezkur soru önergesine konu olan olay ile ilgili Bakanlığımızca inceleme yapmak üzere başmüfettiş görevlendirilmiş olup, yapılan inceleme sonucunda elde edilen bilgi/belgeler ve alınan bilirkişi görüşü neticesinde, ilgili sağlık tesisi görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmamakla birlikte devam eden adli sürecin neticesine göre yeniden değerlendirme yapılabileceği kanaati hasıl olmuştur. Söz konusu rapor ve ekleri devam eden adli soruşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.