

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak
yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Murat EMİR
Ankara Milletvekili

Ankara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2017 yılında Çamlıdere, Nallıhan (Çayırhan),
Güdül, Bala ve Kalecik ilçelerindeki sağlık kuruluşlarında kullanılmak üzere “yerden statifli
radyografik görüntüleme sistemi” alımı için ihaleye çıkmıştır. İhaleyi Digifilm şirketi almıştır.
İhale sonucunda Digifilm, gerekli tıbbi cihazları temin ederek yerlerine kurulumunu yapmıştır.
Ne var ki Çamlıdere Toplum Sağlığı Merkezi (TSM)’ndeki “flat panel dedektörler” belli bir
süre sonra arızalanmaya başlamıştır. İlgili dedektörlerin garantisi 2 yıl olmasına rağmen, firma,
garantimiz bitti diyerek cihazların arızasını gidermek istememiştir. Cihazların uptime süreleri
(arızada kalan sürelerinin iki katı) hesaplanarak, garanti kapsamında olduğu idare tarafından
tespit edilmiştir. Firmaya ilgili arızayı gidermek için ihtar çekilmiş fakat Digifilm arızayı
yapmayı reddettiği için ihalelere bir yıl alınması yasaklanmış ve yatırdığı 75 bin TL teminat
hazineye gelir olarak kaydedilmiştir.

Bu aşamadan sonra, ilgili firma 6 Ocak 2021 tarihinde Çamlıdere TSM’de, ara sıra
arızalanan ve şartnameye uymayan 35x43 dedektörleri söküp, yerine orijinal ama arızalı
dedektörleri takmıştır. Bir çalışıp bir bozulan cihaz, bu tarihten itibaren, hiç çalışmamaktadır.
Dedektörler için Kızılcahamam ilçesinde tespit davası açılmış, dava sonucunda atanan bilirkişi,
dedektörleri “ayıplı mal” olarak tespit etmiştir. Garanti kapsamında dedektörlerin, orijinal
dedektörlerle değiştirilmesi gerektiği raporda belirtmiştir. Bunun üzerine Ankara İl Sağlık
Müdürlüğü, bilirkişi raporunu da ekleyerek, ilgili firmaya ihtar çekmiştir. Bozulan
dedektörlerin Çin malı olduğu, ilgili ihalede belirtilen dedektörlerin yerine takıldığı iddia
edilmektedir. Ayrıca yine ihaleye şartnamesine göre yerli yapım tıbbi cihaz temin etmesi
gereken Digifilm firmasının, bunun için hem teşvik aldığı, hem de farklı ülkede üretilen bir
cihazı kurduğu dile getirilmektedir.

Son durumda; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 2 adet flat dedektör alınması ve şartname
hazırlanması için Çamlıdere TSM’ye bir yazı yazmıştır. İlgili yazı hazırlanıp idareye
gönderilmiştir ancak iki aydır bütçe olmadığı için ihaleye çıkılamamaktadır. İhalenin
muhtemelen 2022 Ocak ayına kalacağı dile getirilmektedir. Bu durumda Çamlıdere TSM’deki
röntgen cihazı bir yıl kullanılmamış olacaktır.

Bu bağlamda;

- 1- Çamlıdere TSM’deki röntgen cihazının bir yıla yakın zamandır çalışmadığı doğru
mudur? Doğruysa, bu kadar süredir cihazın tamiri neden yapılamamaktadır?

5821

- 2- Çamlıdere'ye en yakın mesafedeki röntgen cihazı hangi ilçedeki sağlık kuruluşunda bulunmaktadır?
- 3- Bozulan dedektörlerin Çin malı olduğu iddia edilmektedir? Bu iddia araştırılmış mıdır?
- 4- İlgili röntgenlerin, ihaleye göre, yerli malı olması gerekirken, farklı yerlerde üretiminin yapıldığı iddia edilmektedir? Bu iddia doğru mudur?
- 5- Digifilm firmasının yerli yapım cihaz temin etmesi gerektiği ve bu yüzden teşvik aldığı dile getirilmektedir. Bu iddia araştırılmış mıdır?
- 6- Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün "2 adet flat dedektör alımı" için ne zaman ihaleye çıkması planlanmaktadır?