



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - EK
ÖDEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
09/12/2022 20:51 - E-49022165-610-1486
00180389052

Sayı : 89432283-610/

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

7/67528
CK 12

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 06.07.2022 tarihli ve E. 43452547-120.07-1044768 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Gamze AKKUŞ İLGEZDİ tarafından verilen “Mardin'de bir ağız ve diş sağlığı merkezinin röntgen ünitesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan gerekli izinleri almadığı iddiasına ilişkin” 7/67528 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

Ek-Önerge Cevabı

İstanbul Milletvekili Sayın Gamze AKKUŞ İLGEZDİ tarafından verilen “Mardin'de bir ağız ve diş sağlığı merkezinin röntgen ünitesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan gerekli izinleri almadığı iddiasına ilişkin” 7/67528 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Mardin'de 22 Şubat'ta yeni yerine taşınarak, hasta kabul etmeye başlayan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde röntgen çekimlerinin yapıldığı Radyoloji ünitesinde, gerekli ölçümlerin yapılmadığı, röntgen çekimine uygun oda hazırlanmadığı ve cihazların Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'ndan (TAEK) onay alınmadığı ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 4 aydır faaliyet gösteren merkezde, sağlık çalışanları, hastaneye tedavi için gelen onbinlerce hasta ve hasta yakını yüksek miktarda radyasyona maruz kalmıştır.

Yapılan inceleme sonucu normal şartlarda aylık maksimum 7 milisievert (Sv) radyasyona maruz kalması gereken personelin her çekimde 4 ile 7 milisievert radyasyona maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Günlük ortalama 20 çekim yapan röntgen merkezinde personellerin bir günde yaklaşık bir yıllık radyasyona maruz kaldıkları belirlenmiştir.

Bu bilgilere ilişkin olarak;

SORULAR:

SORU 1- Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin Radyoloji Bölümü'nde bulunan cihazların TAEK lisansı var mıdır? Lisans yoksa ne zaman başvurusu yapılmıştır? Onay alınmadan cihazların çalıştırılmayacağı bilindiği halde neden çekim yapılmasına izin verilmiştir? Onaysız bir şekilde çekim yapılması talimatını kim vermiştir?

SORU 2- 6 ile 9 Haziran tarihlerinde radyoloji biriminin kapatıldığı bilgisi doğru mudur? Kapatıldıysa neden kapatılmıştır?

SORU 3- Ölçüm yapıp radyasyon sızmasından kaynaklı kapatılmış ise ne gibi tedbirler alınmıştır?

SORU 4- Sızdırma var ise yapılan ölçümlerde hangi üniteye ne kadar sızıntı olduğu ve bu süreçte kaç kişinin radyasyona maruz kaldığı tespit edilmiş midir?

SORU 5- TAEK'ten alınan onaylar en az 2-3 hafta sürerken, bir hafta sonra faaliyete giren radyoloji birimi neye göre tekrar hizmet vermeye başlamıştır?

SORU 6- Fazladan radyasyona maruz kalan radyoloji teknikerlerine ekstra şua izni verilecek midir? Verilmeyecek ise mağduriyetleri nasıl giderilecektir?

SORU 7- Olayla ilgili olarak kaç kişi soruşturma geçirmektedir? Sorumlular görevden almış mıdır?

SORU 8- Açıldığı günden kurallara uygun olmadığı belli olduğu güne kadar, kaç röntgen çekimi yapılmıştır?

SORU 9- Olayla ilgili çalışanlarda ve hastalarda ileride meydana gelebilecek sağlık sorunları ile ilgili olarak ne yapmayı planlamaktasınız?

SORU 10- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yapılan radyasyon sızıntısı tespitine rağmen, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü hangi gerekçeye ve belgelere dayanarak söz konusu olayı yalanlamaktadır?

SORU 11- Bakanlığınızca Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'yle irtibata geçilmiş midir? Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne bakanlıkça bir denetim gerçekleştirilmiş midir?

CEVAP 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) tarafından cihazlara ruhsatlandırma ve lisans yapılmaktadır.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi akıllı bina olup, tüm standartlara uygun olarak yapılmıştır. Radyoloji cihazlarının kurulu olduğu odalar kurşun kaplama ile izole edilmiştir. Personelin direkt radyasyonu almasını engellemek için ayrı çekim odası bulunmakta ve radyasyona karşı gerek duvarlar gerek camlar kurşun kaplama ile izole durumdadır.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 2 adet periapikal ve 2 adet panoramik röntgen cihazları bulunmaktadır. NDK (Nükleer Düzenleme Kurumu) tarafından cihazların inceleme ve ölçümleri yapılmıştır. Tüm röntgen cihazlarının lisansları tam olarak vardır.

Bahsi geçen olayla ilgili olarak Mardin İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından web sayfalarında 14 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan basın açıklamasında konu hakkındaki tüm bilgilendirmeler yapılmıştır.

Radyasyon alanlarının izlenmesinde uygun radyasyon ölçüm cihazları ve dozimetreler kullanılmaktadır. Radyasyon alanlarının radyasyon/radyoaktivite düzeyi ölçümleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Çalışanların maruz kaldığı radyasyon takibi dozimetre ile yapılmaktadır. Röntgen tekniker/teknisyenlerinin kişisel dozimetreleri ve ortam dozimetrelerinin 2 aylık periyotlarla radyasyon ölçümleri yapılmaktadır. Röntgen biriminde bulunan kişisel dozimetre ve ortam dozimetresi ölçümlerinin normal referans aralıkları içerisindeydir. Sağlık personeli ve hastaların yüksek dozda radyasyona maruz kalması söz konusu değildir.

Halk sağlığını riske atacak herhangi bir durum söz konusu olmadığından idari veya adli bir soruşturma olmamış, herhangi bir denetime gerek duyulmamıştır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.