



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Büyük Millet Meclisi
KAMU HASTANELERİ GENEL BAŞKANLIĞI
ÖDEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih: 12/12/2022 10:19
09/12/2022 19:54 - E-49022163 - 6Seyr: E-120.07-1131009
00180388963

7/66600

GK 11

Sayı : 89432283-610/
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :27.06.2022 tarihli ve E. 43452547-120.07-1038257 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Levent GÖK tarafından verilen “Mardin’de bir ağız ve diş sağlığı merkezinin röntgen ünitesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan gerekli izinleri almadığı iddiasına ilişkin” 7/66600 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

Ek-Önerge Cevabı

Ankara Milletvekili Sayın Levent GÖK tarafından verilen “Mardin'de bir ağız ve diş sağlığı merkezinin röntgen ünitesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan gerekli izinleri almadığı iddiasına ilişkin” 7/66600 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

22 Şubat 2022 tarihinde yeni binasında hizmet vermeye başlayan Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin röntgen ünitesinin gerekli radyasyon ölçümleri yapılmadan, röntgen çekimine uygun oda hazırlanmadan ve cihazların Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan(TAEK) onayı alınmadan faaliyete geçtiği iddia edilmektedir. Söz konusu ağız ve diş sağlığı merkezinde son 4 aydır çalışan sağlık personelinin ve tedavi gören hastaların normalin çok üzerinde radyasyona maruz kaldığı belirlenmiş, günlük ortalama 20 çekim yapan sağlık personelinin standartlara göre bir yılda almaları gereken radyasyonu bir günde aldığı tespit edilmiştir. Radyasyon sızıntısı sebebiyle çalışanların ve hastaların hayatını tehdit eden radyoloji bölümünde çalışmalar durdurulmuş ancak bu sağlık skandalına ilişkin hangi resmi süreçlerin başlatıldığı açıklanmamıştır. Yüksek dozda radyasyona maruz kalan bütün yurttaşlarımızın tespit edilerek acilen sağlık takiplerine başlanması gerekmekte, bu büyük ihmalin sorumlularının ortaya çıkarılarak benzeri vakaların yeniden meydana gelmesinin önüne geçilmesi beklenmektedir.

Bu bilgiler ışığında:

SORULAR:

SORU 1- Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin röntgen ünitesi gerekli ölçümler yapılmadan ve TAEK onayı alınmadan nasıl faaliyete geçirilmiştir?

SORU 2- Söz konusu röntgen ünitesinin zorunlu işlemlerinin tamamlanmamasına rağmen faaliyete geçiren yetkilileri açıklar mısınız? Söz konusu yetkililere ilişkin herhangi bir resmi süreç başlatılmış mıdır?

SORU 3- 22 Şubat 2022 tarihinden itibaren Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yüksek dozda radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarımızın sayısını açıklar mısınız? Yüksek dozda radyasyona maruz kalan ve bebek bekleyen sağlık çalışanı bulunmakta mıdır?

SORU 4- 22 Şubat 2022 tarihinden itibaren Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi görmüş ve yüksek dozda radyasyona maruz kalmış olan yurttaşlarımızın sayısını açıklar mısınız? Söz konusu yurttaşlarımızda oluşması muhtemel radyasyon kaynaklı sağlık sorunlarının takibi için hangi çalışmalar yürütülmektedir?

SORU 5- 2002 — 2022 döneminde ülkemizde teknik eksiklikler ve hatalar sonucunda yurttaşlarımızın yüksek dozlarda radyasyona maruz kalmasına yol açan kaç olay yaşanmıştır? Bu olaylardan etkilenen yurttaşlarımızın sayısını açıklar mısınız? Yüksek dozda radyasyona maruz kalması sebebiyle herhangi bir hastalığa yakalanan ve hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı kaçtır?

CEVAP 1-2-3-4-5: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) tarafından cihazlara ruhsatlandırma ve lisans yapılmaktadır.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi akıllı bina olup, tüm standartlara uygun olarak yapılmıştır. Radyoloji cihazlarının kurulu olduğu odalar kurşun kaplama ile izole edilmiştir. Personelin direkt radyasyonu almasını engellemek için ayrı çekim odası bulunmakta ve radyasyona karşı gerek duvarlar gerek camlar kurşun kaplama ile izole durumdadır.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 2 adet periapikal ve 2 adet panoramik röntgen cihazları bulunmaktadır. NDK (Nükleer Düzenleme Kurumu) tarafından cihazların inceleme ve ölçümleri yapılmıştır. Tüm röntgen cihazlarının lisansları tam olarak vardır.

Bahsi geen olayla ilgili olarak Mardin İl Saėlık Mdrlėmz tarafından web sayfalarında 14 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan basın aıklamasında konu hakkındaki tm bilgilendirmeler yapılmıřtır.

Radyasyon alanlarının izlenmesinde uygun radyasyon lm cihazları ve dozimetreler kullanılmaktadır. Radyasyon alanlarının radyasyon/radyoaktivite dzeyi lmleri dzenli olarak yapılmaktadır.

alıřanların maruz kaldıėı radyasyon takibi dozimetre ile yapılmaktadır. Rntgen tekniker/teknisyenlerinin kiřisel dozimetreleri ve ortam dozimetrelerinin 2 aylık periyotlarla radyasyon lmleri yapılmaktadır. Rntgen biriminde bulunan kiřisel dozimetre ve ortam dozimetresi lmlerinin normal referans aralıkları ierisindedir. Saėlık personeli ve hastaların yksek dozda radyasyona maruz kalması sz konusu deėildir.

Halk saėlıėını riske atacak herhangi bir durum sz konusu olmadıėından idari veya adli bir soruřturma olmamıřtır.

Konuya gsterilen ilgiye teřekkr ederim.