



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Büyük Millet Meclisi
KAMU HASTANELERİ GENEL BAŞKANLIĞI
ÖDEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih: 12/12/2022 10:07
09/12/2022 18:39 - E-49022165 - 6 Sayı: E-120.07-1130962
00180388747

7/66023 64-11

Sayı : 89432283-610/
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 17.06.2022 tarihli ve E. 43452547-120.07-1038252 sayılı yazınız.

Mardin Milletvekili Sayın Ebrü GÜNAY tarafından verilen “Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi radyoloji ünitesine ilişkin” 7/66423 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

Ek-Önerge Cevabı

Mardin Milletvekili Sayın Ebrü GÜNAY tarafından verilen “Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi radyoloji ünitesine ilişkin” 7/66423 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Mardin'de 22 Şubat 2022 tarihinde yeni binasına taşınarak, hasta kabul etmeye başlayan Bakanlığınıza bağlı Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde röntgen çekimlerinin yapıldığı Radyoloji ünitesinde, gerekli ölçümleri yapmadan, röntgen çekimine uygun oda hazırlanmadan ve cihazların Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'ndan (TAEK) onay almadan faaliyete geçtiği ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 4 aydır faaliyet gösteren merkezde, personeller ve hastalar yüksek miktarda radyasyona maruz kalmışlardır.

Söz konusu bu durum geçtiğimiz haftalarda merkezin kapalı olmasıyla ortaya çıkmıştır. Konuya dair Mezopotamya Ajansı'nın (MA) elde ettiği bilgilere göre; TAEK onayı olmadan faaliyete geçen merkezde, gerekli ölçümlerin yapılmadan ve onay alınmadan işlemlerin yapıldığının anlaşılmasıyla hastanede çalışmalar durdurulmuştur.

Yapılan inceleme sonucu normal şartlarda aylık maksimum 7 milisievert (Sv) radyasyona maruz kalması gereken personelin her çekimde 4 ile 7 milisievert radyasyona maruz kaldıkları tespit edildi. Günlük ortalama 20 çekim yapan röntgen merkezinde personellerin bir günde yaklaşık bir yıllık radyasyona maruz kaldıkları belirlenmiştir.

Geçtiğimiz hafta başında yeniden faaliyete giren merkezde, gerekli ölçümler ve düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı bilinmezken, sorumlular ile ilgili ise henüz bir soruşturma başlatılmadığı da aktarımlar arasındadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi Sekreterliği, radyoloji bölümünde iş durdurulmasıyla olaydan haberdar olduklarını hem hastaların hem de personelin radyasyona maruz kaldığını belirtmektedir.

Bu bağlamda;

SORULAR:

SORU 1- Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde röntgen çekimlerinin yapıldığı Radyoloji ünitesinde, gerekli ölçümleri yapmadan, röntgen çekimine uygun oda hazırlanmadan ve cihazların Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'ndan (TAEK) onay almadan faaliyete geçtiği bilginiz dahilinde midir? Hangi gerekçe ile gerekli ölçümler yapılmadan hastane faaliyete geçmiştir?

SORU 2- Hangi gerekçe ile röntgen çekimlerinin yapıldığı Radyoloji ünitesinde, gerekli ölçümler yapılmadan, röntgen çekimine uygun oda hazırlanmadan ve cihazların Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'ndan (TAEK) onayı alınmadan hastane hasta kabulüne başlamıştır? Bakanlık olarak bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapacak mısınız?

SORU 3- Söz konusu olayla ilgili Bakanlığınız gerekli soruşturmaları yapmış mıdır?

SORU 4- Yeniden faaliyete geçen hastanede gerekli ölçümler ve düzenlemeler yapılmış mıdır? Yüksek miktarda radyasyona maruz kalma riski devam etmekte midir?

SORU 5- Kansere neden olabilecek, sonraki nesillerde mutasyona neden olabilecek söz konusu olayın sorumluluğu kime aittir? Halk sağlığını riske atan sorumlular hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır?

SORU 6- Son 4 ayda Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde kaç hasta tedavi görmüştür? Kaç hastanın yüksek düzeyde radyasyona maruz kaldığı belirlenmiştir?

SORU 7- Son 4 ayda hastaneye gelen yurttaşlar ve hastane çalışanları üzerinde gerekli ölçümler yapılacak mıdır?

SORU 8- Hastanede çalışan sağlık görevlilerinden kaç kişinin yüksek düzeyde radyasyona maruz kaldığı belirlenmiştir?

CEVAP 1-2-3-4-5-6-7-8: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) tarafından cihazlara ruhsatlandırma ve lisans yapılmaktadır.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi akıllı bina olup, tüm standartlara uygun olarak yapılmıştır. Radyoloji cihazlarının kurulu olduğu odalar kurşun kaplama ile izole edilmiştir. Personelin direkt radyasyonu almasını engellemek için ayrı çekim odası bulunmakta ve radyasyona karşı gerek duvarlar gerek camlar kurşun kaplama ile izole durumdadır.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 2 adet periapikal ve 2 adet panoramik röntgen cihazları bulunmaktadır. NDK (Nükleer Düzenleme Kurumu) tarafından cihazların inceleme ve ölçümleri yapılmıştır. Tüm röntgen cihazlarının lisansları tam olarak vardır.

Bahsi geçen olayla ilgili olarak Mardin İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından web sayfalarında 14 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan basın açıklamasında konu hakkındaki tüm bilgilendirmeler yapılmıştır.

Radyasyon alanlarının izlenmesinde uygun radyasyon ölçüm cihazları ve dozimetreler kullanılmaktadır. Radyasyon alanlarının radyasyon/radyoaktivite düzeyi ölçümleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Çalışanların maruz kaldığı radyasyon takibi dozimetre ile yapılmaktadır. Röntgen tekniker/teknisyenlerinin kişisel dozimetreleri ve ortam dozimetrelerinin 2 aylık periotlarla radyasyon ölçümleri yapılmaktadır. Röntgen biriminde bulunan kişisel dozimetre ve ortam dozimetresi ölçümlerinin normal referans aralıkları içerisindeydir. Sağlık personeli ve hastaların yüksek dozda radyasyona maruz kalması söz konusu değildir.

Halk sağlığını riske atacak herhangi bir durum söz konusu olmadığından idari veya adli bir soruşturma olmamıştır.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi poliklinik hasta sayısı: 41439, radyoloji birime müracaat eden hasta sayısı: 16460'dır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.