



TBMM
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Sayı : 6427

Tarih : 19.07.2024



Ömer Faruk Gergerlioğlu
Kocaeli Milletvekili

14271

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

Kocaeli Milletvekili

Basında yer alan bilgide; “Kocaeli Üniversitesi Radyoloji Bölümü”nde büyük bir kaza yaşandı. MR cihazı açık iken odadaki metal sedyeyi fark etmeyen görevliler 30 milyon liralık hasara sebep oldu. Odadaki metal sedye büyük bir gürültüyle dev bir mıknatıs görevi gören MR cihazına yapıştı. Hasta makinada sıkıştı, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Radyoloji bölümünün MR randevuları ertelenirken aylarca MR randevusu bekleyen hastalar büyük mağduriyet yaşadı. Hastane yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İddialara göre olay şu şekilde gelişti: tedavi için Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Bölümü’ne başvuran bir hasta MR çekilmesi için sevk edildi. MR uyumlu metal olmayan sedyeye aktarılması gereken hasta metal sedye ile içeri alındı. MR teknisyenin bu hatası fark edilmedi ve sonrasında hasta MR cihazı içine girdi. Makine çalıştırıldığında sedye büyük bir gürültüyle makinaya yapıştı. Uzun uğraşlar sonucu makine içerisinde sıkışan hasta makinadan çıkarıldı. MR makinasını kuran firma 1 milyon TL ücret karşılığında hasar tespiti için hastaneye geldi. 30 milyon TL’lik bir hasar tespit edildi. Söz konusu hasarın giderilmesinin 6-7 ay süreceği bildirildi. Bu süreçte binlerce hastanın randevusu ertelendi.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

- 1) Basında yer alan iddialar doğru mudur?
- 2) Kocaeli Üniversitesinde bulunan MR cihazının tehlike anında uyarıda bulunduğu bir sistemi var mıdır? Varsa neden çalışmadı?
- 3) Kocaeli Üniversitesi MR cihazının bulunduğu ortamda hastayı ve cihazı korumak için ne tür önlemler alıyor?
- 4) MR içinde sıkışan hastanın sağlık durumu nasıldır?
- 5) MR cihazı onarılanı kadar randevusu bulunan hastaların tedavisi nasıl devam edecektir?
- 6) Olaya ilişkin idari bir soruşturma başlatıldı mı? Başlatıldıysa akıbeti ne durumdadır?