



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı



Sayı : 55753567-610
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/14271
6K 10

İlgi : 25.07.2024 tarihli ve 1464464 sayılı yazı.

Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk GERGERLİOĞLU tarafından verilen “Kocaeli Üniversitesi Radyoloji Bölümündeki MR cihazının kullanılamaz duruma geldiği olaya ilişkin” 7/14271 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Arz ederim.

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Sağlık Bakanı

EK: Önerge Cevabı

Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk GERGERLİOĞLU tarafından verilen “Kocaeli Üniversitesi Radyoloji Bölümündeki MR cihazının kullanılamaz duruma geldiği olaya ilişkin” 7/14271 sayılı soru önergesi cevabıdır.

SORULAR:

Basında yer alan bilgide; “Kocaeli Üniversitesi Radyoloji Bölümünde büyük bir kaza yaşandı. MR cihazı açık iken odadaki metal sedyeyi fark etmeyen görevliler 30 milyon liralık hasara sebep oldu. Hasta makinada sıkıştı, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Radyoloji bölümünün MR randevuları ertelenirken aylarca MR randevusu bekleyen hastalar büyük mağduriyet yaşadı. Hastane yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İddialara göre olay şu şekilde gelişti; tedavi için Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp fakültesi Hastanesi Radyoloji Bölümüne başvuran bir hasta MR çekilmesi için sevk edildi. MR uyumlu metal olmayan sedyeye aktarılması gereken hasta metal sedye ile içeri alındı. MR teknisyeninin bu hatası fark edilmedi ve sonrasında hasta MR cihazı içine girdi. Makina çalıştırıldığında sedye büyük bir gürültüyle makinaya yapıştı. Uzun uğraşlar sonucu makine içerisinde sıkışan hasta makinadan çıkarıldı. MR makinasını kuran firma 1 milyon TL ücret karşılığında hasar tespiti için hastaneye geldi. 30 milyon TL’lik bir hasar tespit edildi. Söz konusu hasarın giderilmesinin 6-7 ay süreceği bildirildi. Bu süreçte binlerce hastanın randevusu ertelendi.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

- 1- Basında yer alan iddialar doğru mudur?
- 2- Kocaeli Üniversitesinde bulunan MR cihazının tehlike anında uyarıda bulunduğu bir sistemi var mıdır? Varsa neden çalışmadı?
- 3- Kocaeli Üniversitesi, MR cihazının bulunduğu ortamda hastayı ve cihazı korumak için ne tür önlemler alıyor?
- 4- MR içinde sıkışan hastanın sağlık durumu nasıldır?
- 5- MR cihazı onarılmaya kadar randevusu bulunan hastaların tedavisi nasıl devam edecektir?
- 6- Olaya ilişkin idari bir soruşturma başlatıldı mı? Başlatıldıysa akıbeti ne durumdadır?

CEVAPLAR:

1-6. Soru önergesinde yer alan konuya ilişkin olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce değerlendirme yapılarak, konu Kocaeli Üniversitesi Hastanesine gereği yapılmak üzere gönderilmiştir. Süreç takip edilmektedir.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.