



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK VE MEVZUAT DAİRE BAŞKANLIĞI
05.03.2025 10:47:34 - E-89432283-610-270368688



270368688

SORU ÖNERGELERİ BİRİMİ

Sayı : 89432283-610/
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

7/21804 GK 89

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 21.01.2025 tarihli ve E. 43452547-120.07.04-1568885 sayılı yazınız.

Muğla Milletvekili Sayın Metin ERGUN tarafından verilen “Köyceğiz Devlet Hastanesindeki röntgen birimi ile ilgili iddialara ilişkin” 7/21804 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Bakan

Ek-Önerge Cevabı

Muğla Milletvekili Sayın Metin ERGUN tarafından verilen “Köyceğiz Devlet Hastanesindeki röntgen birimi ile ilgili iddialara ilişkin” 7/21804 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

Muğla ilimizin Köyceğiz ilçesindeki bulunan vatandaşlarımız Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde röntgen cihazı olmadığını ifade etmekte ve bu durumun acil tedaviye ihtiyaç duyan hastalar açısından ciddi bir zorluk ortaya çıkardığını vurgulamaktadırlar. Zira Köyceğiz'e en yakın röntgen cihazına sahip hastane yaklaşık 60 kilometre uzakta bulunan Ortaca Devlet Hastanesi'dir.

Yakın zamana kadar röntgen cihazı ve röntgen birimi bulunan Köyceğiz Devlet Hastanesi'nin röntgen cihazlarının yeterli izolasyon ve kurşunlamasının olmadığı ve bakımı yapılmadığı için hastane çalışanlarının ciddi şekilde radyasyona maruz kaldığı ve Nükleer Düzenleme Kurumu'nun gerçekleştirdiği tetkikler sonucunda röntgen biriminin kapatıldığı iddia edilmektedir. Ayrıca röntgen biriminin hemen yanına kurulan kan alma ünitesinde görev yapan personeline aynı şekilde etkilendiği belirtilmektedir. Tüm bu iddiaların açıklığa kavuşturulması ve Köyceğiz Devlet Hastanesi'nin ivedilikle sağlıklı işleyen bir röntgen birimine kavuşturulması önem arz etmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

SORULAR:

SORU 1- Köyceğiz Devlet Hastanesi ile ilgili olarak ortaya çıkan bu iddialar doğru mudur?

SORU 2- Köyceğiz Devlet Hastanesi'ndeki röntgen cihazı eksikliğinin giderilmesi için Bakanlığınız tarafından herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa, röntgen biriminin kapatılması nedeniyle hastalar ve personel için ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi amacıyla geçici ya da kalıcı bir çözüm planlanmakta mıdır?

SORU 3- Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapıldığı söylenen tetkiklerin sonuçlarına ilişkin bir rapor hazırlanmış mıdır? Hazırlandıysa, hangi bulgulara ulaşılmıştır ve raporun detayları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

CEVAPLAR: 1-3.

Bakanlığımızca hastanelerdeki tıbbi cihazlar bölge merkezli, modern tıp teknolojisine uygun ve sağlık hizmet sunumundaki ihtiyaçlar gözetilerek planlanmakta, hastanelere rolü göz önünde bulundurularak gerekli cihaz ve malzeme alımı yapılmaktadır. Tıbbi cihaz ve donanım ihtiyacı olduğu takdirde merkezi olarak yapılan alımlar veya ödenek aktarmak suretiyle herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeden ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır. Sağlık tesislerimizde bulunan tüm tıbbi cihazlarımız etkin bir şekilde sağlık hizmet sunumunda kullanılmakta olup atıl kapasite oluşmasına mahal verilmemektedir.

Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerimizin inşaat, tadilat ve onarımlarına yönelik ihtiyaçları İl Sağlık Müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda Köyceğiz Devlet Hastanesi röntgen biriminde Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından gerekli incelemeler yapılmış, bu süreçte hastalarımız Ortaca Devlet Hastanesi röntgen biriminden hizmet almıştır. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından konuyla ilgili tespit edilen eksiklikler hastane başhekimliğine rapor edilmiş ve en kısa sürede tamamlanmıştır.

Sağlık tesisimizde yapılan tadilat Nükleer Düzenleme Kurumunca kontrol edildikten sonra röntgen birimi yeniden hizmet vermeye başlamıştır. Köyceğiz Devlet Hastanesinde röntgen cihazı aktif olarak çalışmaktadır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.